GEBRAUCHSANWEISUNG

MKS® LUMBO /-FORTE /-FENESTRA

ÜBERBRÜCKUNGSORTHESE

MIT MOBILISIERUNGSFUNKTION DURCH AUF- UND ABRÜSTOPTION

MKS® LUMBO PLUS /-FORTE PLUS /-MOBIL

ORTHESE ZUR ENTLASTUNG / KORREKTUR DER
LWS / BWS IN SAGITTAL- UND FRONTALEBENE MIT
MOBILISIERUNGSFUNKTIONDURCH AUF- UND ABRÜSTOPTION

albrecht©
FUNKTIONELLE REHABILITATION

Inhalt

1. Einführung ... 3

1.1. Vorwort ... 3

1.2. Kundeninformation ... 3

1.3. Funktionsweise ... 3

1.4. Zweckbestimmung ... 4

1.5. Lieferumfang ... 4

1.6. Konformitätserklärung ... 4

1.7. Merkmale ... 4

1.8. Indikationen ... 5

1.9. Kontraindikationen ... 6

1.10. Sicherheitshinweise ... 6

1.11. Gewährleistung ... 7

2. Anpassung ... 8

2.1. MKS® Lumbo und Lumbo plus ... 8

2.2. MKS® Lumbo forte ... 9

2.3. MKS® Lumbo forte plus ... 10

2.4. MKS® Lumbo mobil ... 11

2.5. MKS® Lumbo fenestra ... 12

3. Reinigung und Desinfektion ... 13

4. Technische Daten / Materialien ... 14

5. Größentabelle und Artikelnummerübersicht ... 14

6. Weitergabe ... 17

7. Entsorgung ... 17

1. Einführung

1.1. Vorwort

Unser Modulares Korsett System dient zur Aufrichtung und Stabilisierung definierter Bereiche der Wirbelsäule. Damit werden Haltungskorrekturen erreicht, welche aktiv die Rehabilitation bei bestimmten Indikationen unterstützen.

Unser MKS® Programm besteht aus einem Baukastensystem, das sich in ein Orthesenprogramm mit rigiden Stützelementen und ein Bandagenprogramm mit teilelastischen, anschmiegsamen Rückenbzw. Leibbandagen aufgliedert.

Die einzelnen Bauteile der Programme sind teilweise miteinander kombinierbar und ermöglichen somit eine exakte, individuelle Anpassung an die jeweilige Indikation und den Patienten.

1.2. Kundeninformation

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Orthese diese Gebrauchsanweisung zu Ihrer eigenen Sicherheit aufmerksam und genau durch. Nur wenn alle Anweisungen, Hinweise und Vorgehensweisen gründlich gelesen und verstanden wurden, ist ein bestimmungsgemäßes Benutzen und Bedienen möglich. Sollte in der Gebrauchsanweisung etwas unverständlich sein, oder Anweisungen, Bedienungen oder Sicherheitshinweise nicht völlig klar nachvollziehbar sein, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Fachhandel oder direkt an die albrecht GmbH, bevor Sie die Orthese benutzen. Dies gilt im besonderen Maße für die Sicherheitshinweise.

Es ist darauf zu achten, dass das Produkt dem Krankheitsbild entsprechend angewendet wird. Des Weiteren darf das Produkt keinen korrosionsfördernden, ätzenden oder abrasiven Einflüssen, wie beispielsweise Wasser, Säure oder Sand ausgesetzt werden. Das Risiko einer Beschädigung infolge unsachgemäßer Anwendung tragen die Anwender:Innen. Bitte klären Sie die Anwender:Innen dementsprechend auf.

1.3. Funktionsweise

Die MKS® Lumbo basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten und der modularen Rahmenkonstruktion bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich.

MKS® Lumbo fenestra basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen, geteilten Seitengurten und dem stabilen, konturanpassenden Überbrückungsrahmen mit Fenster bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet und stabilisiert somit diesen Bereich.

MKS® Lumbo plus und MKS® Lumbo forte plus

Durch einstellbaren Umfang und Kontur kann die Bandage unterschiedlichen Körperformen angepasst werden. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.

MKS® Lumbo forte

Festes, hohes, geteiltes Abdominalteil mit Klettverschluss

1.4. Zweckbestimmung

Die Orthese ist ausschließlich für die orthetische Versorgung der Wirbelsäule einzusetzen.

Die MKS® Lumbo, forte, mobil und fenestra unterstützt die konservative Behandlung im Versorgungsbereich **BWK 9 bis LWK 5**,

BWK 9 bis LWK 5

die MKS® Lumbo plus und forte plus unterstützt die Behandlung im Versorgungsbereich **BWK 3 bis LWK 5** des erwachsenen Menschen.

BWK 3 bis LWK 5

Mit Ihrer MKS® Lumbo sollen Sie eine möglichst selbstständige, Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrer Leistungsfähigkeit Entsprechende Lebensführung erreichen.

1.5. Lieferumfang

Die MKS® Lumbo wird Ihnen in der bestellten Größe mit Gebrauchsanweisung und Kennzeichnung am Produkt funktionsfertig geliefert.

1.6. Konformitätserklärung

Die albrecht GmbH erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung die Konformität der MKS® Lumbo mit der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

1.7. Merkmale

MKS® Lumbo

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Umfang und Schnittform (Kontur) einstellbar
- Modulare Rahmenkonstruktion mit

Thoraxund Beckenspange

- Individueller Gurtverlauf

MKS® Lumbo forte

+ Festes, hohes, geteiltes Abdominalteil mit Klettverschluss

MKS® Lumbo fenestra

+ Stabiler, konturanpassender Überbrückungsrahmen mit Fenster

MKS® Lumbo plus

+ Umfang und Schnittform (Kontur) einstellbar

+ Reklinationsgurte

MKS® Lumbo forte plus

+ Festes, hohes Abdominalteil mit geteiltem

Gebrauchsanweisung

Klettverschluss

+ Reklinationsgurte

MKS® Lumbo mobil

+ Frontpelotte

MKS® Lumbo fenestra

+ Stabiler, konturanpassender Überbrückungsrahmen mit Fenster

1.8. Indikationen

Der Arzt Der Arzt entscheidet über die Versorgung anhand seines diagnostischen Befundes. Allgemein ist die Versorgung mit der MKS® Lumbo angezeigt bei allen Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktionellen Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:

MKS® Lumbo

- Schwere Lumboischialgie
- Schweres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom
- Spinalkanalstenose
- Wirbelfraktur

MKS® Lumbo forte

+ Morbus Scheuermann

+ Tumor

+ Spondylitis

+ Degenerative LWS Veränderung

+ Insuffizienz der Bauch- und Lendenmuskulatur

+ Stabile Wirbelkörperfraktur

MKS® Lumbo plus

+ Morbus Scheuermann

+ Tumor

+ Spondylitis

+ Spinalkanalstenose

MKS® Lumbo forte plus

+ Morbus Scheuermann

+ Postoperative Stabilisierung

+ Tumor

+ Spondylitis

MKS® Lumbo mobil

+ Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation

+ Bei OP Kontraindikation

+ Bei Patienten, die eine OP ablehnen

+ Schwerstes radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom

(konservativ therapieresistent)

+ Spondylolisthese mit schwerer Lumboischialgie

+ Nach Wirbelsäulen-OP, z.B.:
Fusion dorso ventral / dorso-lateral, Spinalkanaldekompression, ein-etagig mit Deformität und mehr-etagig

+ Bandscheiben-OP mit großem Prolaps

+ Lumbale Instabilität

+ Spinalkanalstenose mit Parese und OP-Kontraindikation

+ Wirbelfraktur posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

MKS® Lumbo fenestra

+ Schwere Lumboischialgie mit muskulärem Ausfall bei erheblicher Bandscheibenprotrusion / Prolaps ohne absolute OP-Indikation

+ Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)

+ Spondylolisthese mit rezidivierender Lumboischialgie

+ Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom / Arthrose

+ Spinalkanaldekompression ein-etagig ohne Deformität

+ Nach Bandscheiben-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter Bandscheibe

+ Bandscheiben-OP ein-etagig

+ Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne starke Paresen

+ Wirbelfraktur posttraumatisch geringen Ausmaßes

+ Pathologische Frakturen, z.B. plasmozytomdrohende Fraktur

+ Stabile, konservativ beherrschbare Fraktur

Bei allen abweichenden Indikationen muss der Arzt gefragt werden.

1.9. Kontraindikationen

Die Orthese ist ausschließlich für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt.

1.10. Sicherheitshinweise

Die optimale Wirkung der Orthese wird nur bei korrekter Anwendung erzielt.

- Die Orthese darf nur im unversehrten, kompletten, mechanisch einwandfreien Zustand sowie kompletter und unbeschädigter Polsterung und Gurtung verwendet werden. Dies ist vor jeder Anwendung durch den Benutzer zu überprüfen.
- Das Offenlassen bzw. Entfernen einzelner oder mehrerer Gurte sowie übermäßiges Lockern der Gurtung während der Benutzung der Orthese führt zur Abnahme des therapeutischen Effektes der Orthese und kann zu Verletzungen führen.
- Die Orthese darf nicht auf offenen Wunden getragen werden.
- Die Haut sollte frei von Ölen, Fetten, Gelen oder anderen Rückständen sein, um Reaktionen der Haut bzw. der Materialstruktur zu vermeiden.
- Die Orthese sollte fest, aber nicht zu eng sitzen, um die Blutzirkulation nicht einzuschränken und die Nervenbahnen und Lymphgefäße nicht zu beeinträchtigen. Übermäßige Kompression ist also zu vermeiden.
- Eine Kombination mit anderen Produkten ist derzeit nicht vorgesehen oder ist mit dem Hersteller in Schrift zu vereinbaren.
- Die Orthese ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige Verwendung durch nur eine Person bestimmt.
- Das Produkt wird nicht steril geliefert.

- Bei allergischen Reaktionen setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen können. Schützen Sie die Orthese gegebenenfalls vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Zurzeit liegt keine Prüfung auf Entflammbarkeit vor. Lassen Sie bei dem Umgang mit offenen Flammen wie Feuerzeugen und Zigaretten in direkter Umgebung der Orthese Vorsicht walten.

1.11. Gewährleistung

Wir garantieren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine fehlerfreie Funktion der Orthese während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Hiervon ausgenommen sind die Polsterung und Gurtung, die gewöhnlich einem gewissen Verschleiß unterliegen. Ein solcher Verschleiß stellt keinen Fehler des Produkts dar. Diese Herstellergewährleistung steht unter dem Vorbehalt, dass die Orthese als medizinisches Rehabilitationsgerät zu keinem anderen als dem in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet wird. Veränderungen an der Orthese oder das Entfernen/ Beschädigung des QM-Siegels führt zum Erlöschen der Garantie.

2. Anpassung

Insbesondere bei einer Neuversorgung muss der Umgang mit der MKS® Lumbo erlernt werden. Das An und Ausziehen muss geübt werden.

Die MKS® Lumbo wird nie direkt auf der Haut getragen, sondern auf einem faltenfrei enganliegenden Unterhemd. Das Tragen eines saugfähigen Unterhemdes empfiehlt sich, um Feuchtigkeit durch übermäßiges Schwitzen zu vermeiden.

Achten Sie immer darauf, dass die MKS® Lumbo glatt und fest anliegt. Sie darf jedoch nicht so fest angezogen werden, dass es zu Einschnürungen an den Rändern kommt!

Gehen Sie zum Anziehen der MKS® Lumbo wie in den folgenden Schritten beschrieben vor. Sie stellen damit die zuverlässige Wirksamkeit sicher.

2.1. MKS® Lumbo und Lumbo plus

Die Orthese wird durch die exakte Positionierung der Thorax-/Beckenspange, Anschränken der Aluminiumprofile und Zusammensetzen des Leibteiles MKS® Vario patienten- und indikationsgerecht durch Ihr Orthopädiefachgeschäft angepasst.

Die MKS® Vario setzt sich aus den beiden Seitenteilen 1 und 2, dem Mittelteil 3 mit den Markierungen 4 und der textilen Abdeckung 5 zusammen. Je nach benötigtem Umfang und Form werden die beiden Seitenteile symmetrisch auf das Mittelteil geklettet. Die aufgenähten Markierungen dienen hierbei zur Orientierung. Die textile Abdeckung (5) überlagert zum Schluss die Kanten.



Gebrauchsanweisung

1. Legen Sie die Orthese so um Ihre Taille, dass das Pflegeetikett nach oben zeigt bzw. wie ein Rucksack an (MKS® Lumbo plus). Halten Sie das linksseitige flauschige Band am Ende des Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun den Klettverschluss des rechten Endes nach vorn und kletten es fest.
2. Spannen und schließen Sie die Gurte des Kunststoffrahmens.
3. Die Reklinationsgurte werden durch Ziehen nach unten gespannt und anschließend flach auf das Leibteil geklettet. (MKS® Lumbo plus)



2.2. MKS® Lumbo forte

1. Legen Sie die Orthese so um Ihre Taille, dass das Pflegeetikett nach oben zeigt. Halten Sie das linksseitige flauschige Band am unteren Ende des Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun den Klettverschluss des rechten unteren Endes nach vorn und kletten es fest.
2. Halten Sie das linksseitige flauschige Band am oberen Ende des Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun den Klettverschluss des rechten oberen Endes nach vorn und kletten es fest.
3. Spannen und schließen Sie die Gurte des Kunststoffrahmens.



2.3. MKS® Lumbo forte plus

1. Legen Sie die Orthese wie einen Rucksack an.
2. Halten Sie das linksseitige flauschige Band am unteren Ende des Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun den Klettverschluss des rechten unteren Endes nach vorn und kletten es fest.
3. Halten Sie das linksseitige flauschige Band am oberen Ende des Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun den Klettverschluss des rechten oberen Endes nach vorn und kletten es fest.
4. Spannen und schließen Sie die beiden Gurte des Kunststoffrahmens.
5. Die Reklinationsgurte werden durch Ziehen nach unten gespannt und anschließend flach auf das Leibteil geklettet.



Eine dem Behandlungsverlauf angepasste Modifizierung ist durch den Austausch der Rückenstäbe möglich. Werden die Rückenstäbe 580 / 650 mm durch Rückenstäbe 250 / 320 mm (Art.Nr. 221-005-S / 221-006-S) ersetzt und die Reklinationsgurte entfernt, entsteht die Rückenorthese MKS® Lumbo forte. Ebenso kann das integrierte Leibteil separat ohne Rahmen als Rückenstützbandage genutzt werden.

2.4. MKS® Lumbo mobil

1. Legen Sie die Orthese so um Ihre Taille, dass das Pflegeetikett nach oben zeigt
2. Halten Sie das linksseitige flauschige Band am Ende des Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun den Klettverschluss des rechten Endes nach vorn und kletten es fest.
3. Positionieren Sie die Frontpelotte.
4. Hängen Sie die Metallbügel der Gurte ein.
5. Klappen Sie die Verschlüsse zu.

Zur Mobilisierung kann der Kunststoffrahmen abgenommen und durch Seitengurtung und Überbrückungsstäbe ersetzt werden.

In einem weiteren Mobilisierungsschritt kann auch die Seitengurtung entfernt werden.



2.5. MKS® Lumbo fenestra

1. Halten Sie das linksseitige flauschige Band des inneren Bandagengurtes flach auf den Bauch gepresst, und ziehen Sie nun das Klettende des rechten inneren Gurtes nach vorn und kletten ihn fest.
2. Erhöhen Sie nun durch kräftiges nach-vorne-Ziehen der äußeren Gurtenden den stabilisierenden Druck auf die Taille.
3. Pressen Sie die gespannten äußeren Gurtenden flach auf den geschlossenen inneren Gurt und streichen Sie sie mit der flachen Hand fest.

Handwäsche 30°C

Nicht Bleichen

Nicht Bügeln

Nicht chem. Reinigen

Nicht Trockner geeignet

3. Reinigung und Desinfektion

Um über den Behandlungszeitraum eine einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten ist die Orthese regelmäßig (mindestens alle 3 Monate) oder bei Bedarf nach den folgenden Anweisungen zu reinigen.

- Das Produkt wird nicht steril geliefert und ist für eine Sterilisierung nicht geeignet.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Sämtliche Materialien können bei 30° C mit Wasser und einem milden Waschmittel und/oder Desinfektionsmittel von Hand gewaschen werden.
- Keine Maschinenwäsche.
- Die MKS® Lumbo kann an der Luft getrocknet werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen ist ein Austauschsatz Textilteile erhältlich.
- Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen.
- Vollständig benetzen, nicht nachwischen.
- Unzugängliche Flächen einsprühen.
- Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
- Es wird ein mildes Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis empfohlen.

Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und beachten Sie die Hinweise des Desinfektionsmittelherstellers. Die Robert-Koch-Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie auf http://www.rki.de.

4. Technische Daten / Materialien

Bezeichnung	Material
Leibteil	Elastikmaterial 28% Viskose, 48% Perlon, 24% Elastodien
	Einfassband 83% Viskose, 17% Dorlastan
	Velours PA
Polster	Velours PA
Gurte	Velours PA

5. Größentabelle und Artikelnummerübersicht

MKS® Lumbo

Bezeichnung	Leibumfang	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe
		18 cm/ 28 - 32 cm	18 cm/ 36 - 40 cm
Standard	70 - 95 cm	785A-1	785B-1
Extra	95 - 125 cm	785A-2	785B-2

MKS® Lumbo forte

Bezeichnung	Leibumfang	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe
		25 cm/ 32 cm	30 cm/ 38 cm
1	60 - 70 cm	787-11	787-12
	70 - 80 cm	787-21	787-22
3	80 - 90 cm	787-31	787-32
4	90 - 105 cm	787-41	787-42
5	105 - 120 cm	787-51	787-52
6	120 - 135 cm	787-61	787-62

Optionale Rückenstäbe aus Federbandstahl zum Abrüsten:

28cm – Art. Nr.: 221-021-S (für Rückenhöhe 32cm)

34cm – Art. Nr.: 221-022-S (für Rückenhöhe 38cm)

Gebrauchsanweisung

MKS® Lumbo plus

Bezeichnung	Leibumfang	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe Reklination	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe Reklination	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe Reklination
		18 cm/ 53 - 58 cm	18 cm/ 59 - 65 cm	18 cm/ 66 - 72 cm
Standard	70 - 95 cm	786C-1	786A-1	786B-1
Extra	95 - 125 cm	786C-2	786A-2	786B-2

Optionale Rückenstäbe (46cm) – Art.-Nr.: 221-026-S (für Rückenhöhe 48 – 52 cm)

MKS® Lumbo forte plus

Bezeichnung	Leibumfang	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe Reklination	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe Reklination	Artikelnummer Leibhöhe/ Rückenhöhe Reklination
		25 cm/ 53 - 58 cm	25 cm/ 59 - 65 cm	25 cm/ 66 - 72 cm
1	60 - 70 cm	788-10	788-11	788-12
2	70 - 80 cm	788-20	788-21	788-22
3	80 - 90 cm	788-30	788-31	788-32
4	90 - 105 cm	788-40	788-41	788-42
5	105 - 120 cm	788-50	788-51	788-52
6	120 - 135 cm	788-60	788-61	788-62

Optionale Rückenstäbe (46 cm) – Art.-Nr.: 221-026-S (für Rückenhöhe 48 – 52 cm)

Gebrauchsanweisung

MKS® Lumbo mobil

Bezeichnung	Leibumfang	Leibhöhe	Rückenhöhe	Art.-Nr.
1	60 – 70 cm	18 cm	32 cm	789-1
2	70 – 80 cm	18 cm	32 cm	789-2
3	80 – 90 cm	18 cm	34 cm	789-3
4	90 – 105 cm	18 cm	34 cm	789-4
5	105 – 120 cm	18 cm	38 cm	789-5
6	120 – 135 cm	18 cm	38 cm	789-6
51	105 – 120 cm	18 cm	34 cm (reduziert)	789-51
61	120 – 135 cm	18 cm	34 cm (reduziert)	789-61

MKS® Lumbo fenestra

Bezeichnung	Leibumfang	Leibhöhe	Rückenhöhe	Art.-Nr.
1	60 – 70 cm	18 cm	32 cm	790-11
2	70 – 80 cm	18 cm	32 cm	790-21
3	80 – 90 cm	18 cm	34 cm	790-31
4	90 – 105 cm	18 cm	34 cm	790-41
5	105 – 120 cm	18 cm	38 cm	790-51
6	120 – 135 cm	18 cm	38 cm	790-61

6. Weitergabe

Die Orthese ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige Verwendung durch nur eine Person bestimmt. Von einer Weitergabe raten wir ab. Sollte dies dennoch gewünscht sein, beachten Sie vor Weitergabe die Pflege- und Reinigungshinweise und lassen die Orthese durch den autorisierten Fachhandel auf sichere und einwandfreie Funktion hin überprüfen.

7. Entsorgung

Die Orthese enthält recyclingfähige Materialien ohne toxische oder andere umweltschädigende Stoffe und Substanzen. Sofern sie nicht mit infektiösen Keimen kontaminiert ist, kann sie der normalen Entsorgung zugeführt werden. Um sicher zu gehen, konsultieren Sie Ihr Orthopädiefachgeschäft.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Gebrauchsanweisung

HMV-NR:

MKS® LUMBO :	23.14.02.1006
MKS® LUMBO FORTE:	23.14.02.1004
MKS® LUMBO PLUS:	23.15.02.2002
MKS® LUMBO FORTE PLUS:	23.15.2004
MKS® LUMBO MOBIL:	23.14.02.2008
MKS® LUMBO FENESTRA:	23.14.02.1XXX

STAND: DE 02.2024

MD

Medical device (Medizinprodukt)

Hersteller

albrecht GmbH
CHIEMSEESTRASSE 81
D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
T +49 (0)8051 96129-0
F +49 (0)8051 96129-30

INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM

Made in Germany
Hergestellt in Deutschland

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System EN ISO 13485:2016
www.tuv.com ID 0000046096